

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
Сибирского отделения Российской академии наук

ПРИКАЗ

От 09.06.2025

№ ~ 61

г. Новосибирск

О назначении ответственных лиц
за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию оборудования,
работающего под избыточным давлением

В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 п. 228

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам Мясникова Д.А.

2. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, в ОГЭ и по Институту заместителя главного энергетика Свининых А.В.

3. Назначить ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды):

– в лабораториях №№ 07, 11 – ресивера сжатого воздуха РВ50.08.00 зав. № 433869, изготовлен 17.09.2013, $P_{\text{раб.}} = 8 \text{ кгс/см}^2$, $V = 50 \text{ л}$ – с.н.с. Селезнева В.А., с.н.с. Голода С.В.; ресиверов сжатого азота № №1903551004, 1903551021, $P_{\text{раб.}} = 11 \text{ кгс/см}^2$, $V = 500 \text{ л}$ – с.н.с. Селезнева В.А., м.н.с. Багочюса Е.К.;

– в лаборатории № 15 – цистерн транспортных для жидкого азота ЦТК-0,5/0,25 №№ 1722, 79586 – инженера-технолога Менщикова Р.В., ЦТК-0,5/0,25 №№ 9814, 86335 – инженера-технолога Коденева К.Г., ЦТК-0,5/0,25 №№ 826, 229 – ведущего инженера-технолога Сизикова П.В. ЦТК-1/0,25, ТРЖК-5М – с.н.с. Варавина В.С.;

– в лаборатории № 24 – цистерны для хранения жидкого азота CRYO ANLAGENBAU GmbH CS 300 SK – ведущих инженеров-технологов Армбристера В.А., Кацюбу А.В.; цистерны для жидкого азота ТРЖК-5М № 9103027 – ведущего инженера-технолога Армбристера В.А.;

– в лабораториях №№ 18, 37 – цистерн транспортных для жидкого азота ЦТК-1/0,25 № 8101001, ЦТК -5/0,25 № 8806075 (инв. №5_15122) – с.н.с. Бакарова А.К., м.н.с. Дмитриева Д.В., ведущего инженера-технолога

Шатохина А.Н., ЦТК-0,5/0,25 № 84337 (инв. №5_508055/1) – м.н.с. Малина Т.В., с.н. с. Милахина Д.С.;

ЦТК-ASTRA-5МЗ № 1903064 (инв. №6_000286) – м.н.с. Малина Т.В., с.н.с. Милахина Д.С.;

– в лаборатории № 17 – цистерны для жидкого азота ТРЖК-5М № 9103027 – ведущего инженера-технолога Фёклина Д.Ф.

4. Назначить ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением (баллонов), в структурных подразделениях:

- лаб. 3, 9 – инженера-технолога Эпова В.С.;
- лаб. 5 – вед. инженера-технолога Ерюкова Н.А.;
- лаб. 6 – вед. инженера-технолога Кочубея В.А.;
- лаб. 7, 11 – с.н.с. Селезнева В.А.;
- лаб. 10 – вед. инженера-технолога Антонова В.А.;
- лаб. 12 – вед. инженера-технолога Кузьмина Н.Б.;
- лаб. 15, 28 (АК) – с.н.с. Варакина В.С.;
- лаб. 16, 21 – вед. инженера-технолога Петикова Н.И.;
- лаб. 17 – вед. инженера-технолога Феклина Д.Ф.;
- лаб. 19 – ст. инженера Юрченко А.Е.;
- лаб. 20 – вед. инженера-технолога Родякина С.В.;
- лаб. 24 – с.н.с. Кириенко В.В.;
- лаб. 26 – вед. инженера-технолога Ненашеву Л.А.;
- лаб. 28 – инженера-технолога Земцову Т.А.;
- лаб. 31 – с.н.с. Кочубея С.А.;
- лаб. 32 – ведущего инженера Карташева И.А.;
- лаб. 36 – инженера Шевченко Г.В.;
- лаб. 18, 37 – м.н.с. Дмитриева Д.В.;
- ЭЦ – начальника Тюкалова Г.А.;
- ИТО ЭС – вед. инженера-конструктора Ванина Е.А.;

5. Назначить ответственными за прием баллонов с газами и возврат порожних баллонов:

– по АК, ЛТК – наладчика технологического оборудования 6 р. ОГЭ Дербенёва А.Е.;

– по ТК – техника Кайнера А.А., техника Ратникова А.Е.


6. Руководителям подразделений не допускать к проведению работ с оборудованием, работающим под избыточным давлением, сотрудников, не прошедших аттестацию.

7. Заведующему канцелярией Иванищевой И.А. ознакомить лиц, перечисленных в приказе.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам Мясникова Д.А.

9. Приказ от 03.06.2024 № 53 «О назначении ответственных лиц» считать утратившим силу.

Директор Института
академик РАН



А.В. Латышев